



El oxímetro Drive de Pulso se utiliza para medir el nivel de oxígeno en la sangre con un un sensor fotoeléctrico especial que es indoloro y fácil de usar. Información importante que debe saber:

- Utiliza 2 baterías AAA
- No mirar fijamente la luz infrarroja en el oxímetro
- No está destinado a ser utilizado en niños de 4 años o menos
- La uña debe estar libre de esmalte
- La uña debe ser corta



**Instrucciones:**

- Inserte las dos baterías correctamente en la dirección indicada y a continuación la cubierta.
- Abra el clip.
- Coloque el dedo del usuario en los cojines de goma del clip con la uña hacia la parte superior.
- Sujete el dedo como se muestra en la imagen.
- Presioné el botón de interruptor una vez en el panel frontal.
- No agite el dedo y permanezca relajado durante el proceso.
- No se recomienda moverse durante este proceso.
- Revise la información directamente desde la pantalla.
- Registre el número saturación de oxígeno (% SpO2).
- El oxímetro de pulso se apagará automáticamente dentro de 5 segundos después de quitar el dedo.



**COVID-19 Guía de monitoreo: Recuerde anotar todos los resultados de % SpO2 (sat de oxígeno)**

1. Siga siempre las instrucciones de su médico cuando sea diferente a las que se describen a continuación.
2. Verifique la saturación de oxígeno de cada 2 horas mientras está despierto.
3. Si % SpO2 es inferior al 92%, siga las instrucciones de su médico, o llame a su médico.
4. A partir del día 4 de terapia de oxigenación, verifique % SpO2 en el aire de ambiente, **no utilizando oxígeno.**
5. Si el resultado es inferior al 90%, continúe usando oxígeno y repita la prueba al día siguiente
6. Si el resultado es 91% o más, caminar dentro de casa o habitación durante 1-2 minutos sin oxígeno, y luego vuelva y verifique el nivel de oxígeno.
  - Si el resultado es 90% o inferior, continúe usando oxígeno, y repita la prueba al día siguiente.
  - Si el resultado es 91% o superior, deje de usar oxígeno, y verifique el nivel de oxígeno cada 2 horas durante 12 horas, y registre el tiempo y los resultados.
  - Si cualquier resultado es 90% o menos, continúe usando oxígeno, y repita las pruebas – paso #6 al día siguiente.
  - Si el nivel de oxígeno se mantiene en 91% o más, deje de usar oxígeno y llame a Hart Medical Equipment para recoger el oxígeno. Hart Medical Equipment solicitará los resultados de sus pruebas y notificará a su médico.

### Registro de oximetría de pulso

| Día                                   | Resultados de la prueba | Resultados de la prueba | Resultados de la prueba | Resultados de la prueba | Resultados de la prueba | Resultados de la prueba |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 3                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 7                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 8                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 9                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 12                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Siga las instrucciones a continuación |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

**Instrucciones:**

1. Si SpO2 90% o menos, siga las instrucciones del médico o llame a su médico.
2. Si SpO2 91% o superior, siga estas instrucciones:
  - Camine dentro de la casa o habitación durante 1-2 minutos sin oxígeno, y luego vuelva y verifique el nivel de oxígeno.
  - Si el resultado es 90% o menos, continuar usando oxígeno y repetir la prueba al día siguiente.
  - Si el resultado es 91% o superior, deje de usar oxígeno y verifique el nivel de oxígeno cada 2 horas durante 12 horas y registre el tiempo y los resultados.
  - Si cualquier resultado es 90% o menos, continúe usando oxígeno y repita todo este procedimiento de prueba al día siguiente.
  - Si el nivel de oxígeno se mantiene en 91% o más, deje de usar oxígeno y llame a Hart Medical Equipment para recoger el equipo de oxígeno. Hart Medical Equipment solicitará los resultados de sus pruebas y notificará a su médico.
  - Hart se pondrá en contacto con usted para recoger su equipo de oxígeno después de confirmar con su médico.